



PREFEITURA DE MOJUÍ DOS CAMPOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS

ORD	DESCRIÇÃO	QUANT.	01	02	03	SIGEM	MEDIA	TOTAL
01	Furgão adaptado p/ Unidade Odontológica Móvel; potência mínima de 100 cv; cilindrada mín de 2.000 cc; injeção eletrônica; tanque de combustível mín de 70 l; tacômetro; altura interna mín de 1.800 mm no salão de atendimento, com capacidade volumétrica não inferior 10m3; porta lateral deslizante; duas portas traseiras; central elétrica composta de disjuntor térmico e automático, reles, base de fusíveis instalado na parte traseira inferior do armário; painel elétrico interno sobre a bancada, régua integrada com no mínimo duas tomadas tri polares (2P+T) de 110~127 VCA; interruptores p/ iluminação e ventilação do salão; tomada externa (tri polar) para captação de energia instalada na central elétrica na parte traseira do veículo com acesso pela porta traseira; fio de extensão compatível com o sistema de plugues, tendo no mínimo 20 metros de comprimento; transformador automático ligado à tomada de captação, que permita o carro ser ligado a uma rede elétrica tanto de 110 como de 220 VCA, que forneça sempre 110 VCA para as tomadas internas, luminárias, equipamentos odontológicos e elétricos dentro do veículo	01	R\$ 505.000,00	R\$ 520.000,00	R\$ 538.000,00	R\$ 513.625,00	R\$ 519.156,25	R\$ 519.156,25

Rua Lauro Sodré, s/nº Bairro Esperança.

CEP: 68.129000– Mojuí dos Campos Estado do Pará

Telefone: (93) 3537 1361 – e-mail: semsa@mojuidoscamos.pa.gov.br



PREFEITURA DE MOJUÍ DOS CAMPOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS

<p>e ainda 220 VCA p/ o Ar Condicionado Split; iluminação do compartimento de atendimento do veículo deve ser de dois tipos: natural - mediante iluminação fornecida pelas janelas do veículo (cabine e carroceria), com vidros opacos ou jateados nos seus 2/3 inferiores no compartimento de atendimento e artificial - deverá ser feita por no mínimo sete luminárias, instaladas no teto, sendo seis 110 VCA e uma de emergência 12 VCC, com diâmetro mínimo de 200 mm, em base estampada em alumínio ou em plástico injetado, cor branca em modelo LED. Equipamentos odontológicos que deverão acompanhar a Unidade Odontológica Móvel: Compressor odontológico (mín 38 l) com sistema de filtragem; Aparelho de raio-x odontológico de 70kVP, com corrente no tubo entre 7mA e 9mA, campo de radiação de, no máximo, 60 mm e ponto focal de 0,8 x 0,8; bip sonoro conjugado a emissão de raios-x; tempo de exposição entre 0,2 a 2,5 seg.; disparador à distância, com cabo espiralado com comprimento mínimo de 5 (cinco) metros; Conjunto de peças de mão composto por alta rotação, contra-ângulo, micro motor odontológico e peça reta. Gabinete odontológico composto por: cadeira</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

Rua Lauro Sodré, s/nº Bairro Esperança.

CEP: 68.129000– Mojuí dos Campos Estado do Pará

Telefone: (93) 3537 1361 – e-mail: semsa@mojuidoscamos.pa.gov.br



PREFEITURA DE MOJUÍ DOS CAMPOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS

<p>odontológica; equipo odontológico acoplado com braço articulado, com quatro terminais sendo 1 p/ micro motor com spray (tipo borden) , 2 p/ alta rotação com spray (tipo borden) e 1 seringa tríplice; Refletor odontológico (mín 8.000 lux). Unidade auxiliar acoplada à cadeira com bacia da cuspeira removível em porcelana ou cerâmica ou material de alta resistência; ralo separador de detritos, seringa tríplice, 2 terminais de sucção. Mocho odontológico com regulagem do encosto pelo menos quanto à inclinação; regulagem de altura do assento. Autoclave de mesa p/ uso odontológico com volume interno de no mínimo 12 litros; Amalgamador do tipo batedor de cápsula. Fotopolimerizador de led. Frigobar (mín 80 l). Ar condicionado no salão de atendimento, tipo Split, com no mínimo 18.000 (dezoito mil) BTUs, 220 VCA. O condensador do Split não deverá ser instalado dentro do salão de atendimento. Dois sistemas hidráulicos: 1) pressurizado externamente - Pia em inox, torneira cromada no balcão, comando por pedal, dotada de entrada de água p/ conexão de mangueira interligada à tubulação externa, com sifão sob a pia e mangueira pra descarga. Mangueiras com sistema de</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

Rua Lauro Sodré, s/nº Bairro Esperança.

CEP: 68.129000– Mojuí dos Campos Estado do Pará

Telefone: (93) 3537 1361 – e-mail: semsa@mojuidoscamos.pa.gov.br



PREFEITURA DE MOJUÍ DOS CAMPOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS

conexão rápida, sendo a de entrada de água de mínimo 20 metros; 2) Dois reservatórios de água sendo um p/ água limpa de no mínimo 50 litros e outro p/ água servida de no mínimo 60 litros. Toldo externo na porta lateral, com acionamento por meio de rosca sem fim e manivela tipo roll-up. Cortina tipo roll-up com largura compatível as portas traseiras e altura suficiente p/ proteger os equipamentos. Armários em L com prateleiras internas confeccionado em compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável. Dois extintores de Pó ABC de 6 kg.							
---	--	--	--	--	--	--	--

EMPRESA 01- ALIANÇA
EMPRESA 02- AUTO 4X4
EMPRESA 03- SUBLINE
SIGEM

CNPJ 36.634.511/0001-02
CNPJ 12.965.774/0001-36
CNPJ 33.033.001/0001-91

Mojuí dos Campos/Pa, 13 de novembro de 2023

SUZY HELENA LISBOA MOURA
Chefe do Núcleo Administrativo e Financeiro – FMS
Decreto N° 109/2023

Rua Lauro Sodré, s/nº Bairro Esperança.
CEP: 68.129000– Mojuí dos Campos Estado do Pará
Telefone: (93) 3537 1361 – e-mail: semsa@mojuidoscamos.pa.gov.br